

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ



výrobce: ZARYS International Group
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
adresa: ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Polsko
kontakt: tel. +48 32 271 69 91, fax +48 32 274 72 84,
e-mail: zarys@zarys.pl, webové stránky: www.zarys.cz
SRN: PL-MF-000000410

Prohlašujeme na svou výlučnou zodpovědnost, že zdravotnický prostředek:

Škrtidlo

modely*: **Bezlatexové škrtidlo; Škrtidlo s automatickou přezkou; Škrtidlo s automatickou přezkou pro děti**

(*podrobný seznam výrobků, na které se vztahuje toto prohlášení o shodě, je uveden v dokumentu TD-05-I.1.1.b-1 – Identifikace - příloha 1, údaje o výrobní šarži - doklad o propuštění DZDO-01 – příloha 2)

klasifikace:

- **třídy I, směrnice 1** (v souladu s přílohou VIII nařízení (EU) 2017/745)

základní UDI-DI: **59079968V9003TD**

zamýšlený účel: Výrobek se používá k indukci venostázy a zvýraznění žíly zvolené k punkci.


je v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745 ze dne 5. dubna 2017 o zdravotnických prostředcích.

Výše uvedený zdravotnický prostředek splňuje všechny příslušné požadavky přílohy I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745. Postup posuzování shody byl proveden v souladu s čl. 52 odst. 1 písm. 7.

Zdravotnický prostředek, na který se vztahuje toto prohlášení o shodě, odpovídá evropským normám. Seznam kontrolovaných norem je uveden v dokumentu TD-05-I.4.c-1 - příloha 3.

místo a datum vydání: Zabrze, 9.05.2022
jméno a příjmení: Zofia Rogala
pozice: Product Manager

PRODUCT MANAGER
ZARYS International Group sp. z o.o. sp.k.


Zofia Rogala

.....
podpis

(z pověření prezidenta správní rady generálního partnera)

